


DISPOSITIVO PARA PRUEBA DE PRESIÓN MÁXIMA de medidores de agua residenciales

Verifique usted mismo la conformidad con la norma técnica de los medidores plásticos que le ofertan



Tanto la norma ISO 4063, como las recomendaciones OIML R49, y la norma NMX-CH-SCFI, establecen un protocolo muy claro para pruebas de conformidad de medidores de agua en lo que respecta a su resistencia a la presión hidráulica.




Se trata de un simple pero importante procedimiento tendiente a verificar que el cuerpo del medidor va a resistir, sin presentar fugas y sin dañarse, la presión de trabajo máxima requerida y anunciada por el fabricante.



El dispositivo para prueba de presión máxima de METRYX le permite realizar esta prueba en su mismo taller de medidores, ya sea en licitaciones públicas o en evaluación regular de la conformidad de sus proveedores.



El dispositivo permite realizar pruebas a medidores tamaños DN15, DN20 y DN25 en todas sus longitudes estándar.



METRYX®

Equipos para evaluación de la conformidad metrológica de medidores para agua.

www.metryxwater.com

Puebla - México



contacto@metryxwater.com



+52 222 233 9749